

ДКПП 33.20.51.390

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТСМ - 1188-01

Паспорт

1 Основные сведения о преобразователе термоэлектрическом

1.1 Обозначение типа

ТСМ-1188-01

1.2 Исполнение

542.822 030-01

1.3 Наименование и почтовый адрес
изготовителя

ПАО «Электротермометрия»

2 Основные технические данные

2.1 Рабочий диапазон, °C

от -50 до 150

2.2 Литерное обозначение номинальной статической
характеристики преобразования (НСХ)

50M

ГОСТ 3044-94

2.3 Класс

B

2.4 Предел допускаемого отклонения от НСХ
при температуре верхнего предела измерений, °C

± 0.77

2.5 Длина монтажной (погружаемой) части, мм

500

2.6 Материал монтажной (погружаемой) части
защитной арматуры

08X18H10T

2.7 Показатель тепловой инерции, с, не более

80

2.8

2.9

2.10 Масса, кг, не более

0,56

2.11 Сведения о содержании драгоценных материалов, г, не
более:

ПР-30

ПР-6

Пр-10

ПлТ

2.12 Сведение о содержании цветных металлов и их
сплавов, г, не более:

Примечание – Масса драгоценных материалов каждой марки – среднее арифметическое из общей массы, затраченной на изготовление партии термопреобразователей.

3 Комплектность

Преобразователь термоэлектрический
Паспорт
Руководство по эксплуатации

1 шт.
1 экз.
1 экз. на 25
преобразователей
термоэлектрических или
меньшее количество при
отправке в один адрес

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода преобразователей термоэлектрических в эксплуатацию, месяцев 18

4.2 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователей термоэлектрических требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

5 Свидетельство об упаковывании

Преобразователь термоэлектрический ТСМ-1188-01 упакован
ПАО "Электротермометрия" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Дата изготовления

месяц, год

отпечаток штампа ОТК

6 Свидетельство о приемке и первичной поверке (калибровке)

Преобразователь термоэлектрический ТСМ-1188-01 заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ 25-7363.032-89
и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

09.2014

месяц, год

ВТК 584

отпечаток штампа ОТК

отпечаток поверочного
(калибровочного) клейма



7 Указания по калибровке

Периодическая поверка (калибровка) преобразователей термоэлектрических производится в соответствии с ДСТУ ГОСТ 8.338-2004 (или методикой на поверку).

8. Сведение об утилизации

8.1 Преобразователь термоэлектрический, отработавший срок службы или вышедший по каким либо причинам из строя, надлежит сдавать для изъятия драгоценных материалов.

8.2 Цветные металлы и их сплавы сдаются в Вторцветмет.