ЛАМПА С ПОЛЫМ КАТОДОМ ДЛЯ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Основные характеристики:

Элемент	**Pb**
Серийный номер:	**28191**
Длина волны	**283,3 nm**
ТОК разрядный (макс.)	**15 мА**

Примите во внимание:

1. Приборы, произведенные различными производителями, имеют различные режимы электропитания ламп, различные оптические системы и различные условия управления, поэтому пользователи должны устанавливать ток лампы – оптимально по кривой чувствительности. ***Рабочий ток лампы должен быть в диапазоне ⅓ - ⅔ максимального тока, указанного на лампе.***
2. После использования, окно лампы должно быть протерто проспиртованной х/б тканью.
3. После использования лампы ниже точки плавления элемента, не касаться лампы пока она не охладится, чтобы не привести к повреждению катодного элемента.
4. Для увеличения времени работы лампы, перед использованием необходимо прогревать лампу в течение 30 минут.
5. **Предприятие гарантирует безотказную работу лампы в течение 6 (шести) месяцев при наработке, не превышающей 2500 миллиампер/часов**

Сертификат качества	
Элемент	Свинец
Дата проверки	июнь 2017
Инспектор	